

試験検査成績書

ご依頼を受けました検査の結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録食品検査機関

厚生労働大臣登録水質検査機関 (第162号)

計量証明登録機関 (福井県第54号)

株式会社 北陸環境科学研究所

〒910-0026 福井県福井市光陽4丁目4番27号

TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701

受付日	令和元年 9月19日
依頼者	株式会社 大潟村同友会 様

検査の目的	放射能検査 (核種分析)
製造 (生産) 年月日	令和元年 9月14日
検体の名称	令和元年産 秋田県大潟村産 あきたこまち玄米
製造 (生産) 地	秋田県大潟村
製造 (生産) 者	----

項目	検査結果	下限値
セシウム134	不検出	5 Bq/kg
セシウム137	不検出	5 Bq/kg
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----
----	----	----

測定方法	γ線スペクトロメーター (ゲルマニウム半導体検出器) 法 (測定時間3000秒)
備考	----- -----
検査期日	令和元年 9月19日 ~ 令和元年 9月20日
検査責任者	佐々木 滋